



Утверждаю
Директор ГКП на ПХВ КЦРБ
Бегнияз Г.С.
" 04 " 12 2021 г.

Заявка на расходный материал для передвижного рентген аппарата на 2021 год.

| № | Наименование | Характеристика | количество в уп | Цена | количес во | сумма |
|---|--|--|--------------------|--------|---------------|--------|
| 1 | Медицинская пленка для сухой печати Fuji Medical Dry Imaging Film DI-HL 35x43 (Laser f | Пленка медицинская DI-HL формата 35x43 см, для "сухой" печати и воспроизведения снимков компьютерной томографии, магниторезонансной томографии, диагностических рентгеновских исследований, ангиографических исследований, маммографических исследований и пр. исследований. Полная совместимость с медицинскими принтерами DryPix 4000, DryPix 6000. Технические характеристики: Подложка – холодный голубой тон. Толщина подложки 175 микрон. Лазерное экспонирование. Минимальная оптическая плотность, D min 0,21. Максимальная оптическая плотность, D max, 3,4. Уровни градации серого, бит, 14. Размер 35x43 см. Количество листов пленки в одной пачке листов 100. Fujifilm Corporation ЯПОНИЯ 100 листов упак 1 114 367 | 100 листов | 114367 | 2 | 228734 |